


Shimadzu SALD-7500H(WingSALD bubble:Version 3.3.2)				回分セル	
ファイル名	ウルトラタップ 0.3Mpa ワンパス		測定日時	2023/01/17 08:46:56(+0900)	
サンプルID		サンプルNo.			
コメント					
メディアン径	0.124	平均径	0.132	吸光度	0.000
モード径	0.112	標準偏差	0.132		



モード径 : 112nm
 平均径 : 132nm
 個数濃度 : 73 百万個 /mL
 計測器 : SALD 7500nano (島津製作所)
 原水 : 超純水(電気伝導率 0.01 μ S/cm 未満)を使用
 測定日 : 2023年1月17日
 測定条件 : FBIA 規格 FBIA 3 1 1 2019に準ずる(ポンプ圧力 0.3MPa)